

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC
VĨNH THẠNH

Số: 776/YCBG-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Thạnh, ngày 24 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hoá chất, vật tư xét nghiệm,
thiết bị y tế tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo mua hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, với nội dung sau:

I. Thông tin yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh, Địa chỉ:
số 283, QL 80, ấp Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Thạnh - thành phố Cần Thơ.

2. Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng
Tổ chức hành chính - Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh, Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến
– xã Vĩnh Thạnh - thành phố Cần Thơ, điện thoại: 02923 641 130.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc qua chuyển phát, tại
Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh.

Cần cung cấp thêm thông tin, xin liên hệ DS Trần Bá Phước (0918 663
858).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026 đến
trước 08 giờ ngày 07 tháng 9 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **60** ngày, kể từ ngày 07 tháng
9 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Đính kèm: Danh mục.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ThauKSKTD2026.



GIÁM ĐỐC

Trần Đình Nam



DANH MỤC

Kèm theo Yêu cầu báo giá số 776 /YCBG-TTYT ngày 24/8/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thanh)

I. Máy huyết học tự động:

1. Cấu hình, chức năng tối thiểu:

Nhờ quý Công ty hỗ trợ lắp máy có cấu hình, chức năng tối thiểu như sau:

- Máy tự động, phân tích được 5 thành phần bạch cầu;
- Có chương trình quản lý chất lượng QC;
- Có tính năng quản lý hóa chất;
- Có gắn đầu dò đọc mã code trên máy kết hợp phần mềm đổ kết quả;
- Công suất tối thiểu 70 mẫu/giờ;
- Đáp ứng chứng chỉ ISO;
- Công ty có trách nhiệm thực hiện **bảo dưỡng, hiệu chuẩn/kiểm định, sửa, thay thế phụ tùng** máy trong thời gian máy được lắp tại Trung tâm.

2. Về hoá chất, vật tư:

Nhờ quý công ty **lập danh mục và báo giá các hoá chất, vật tư** để xác định 05 thành phần bạch cầu.

Dự kiến: 500 mẫu/ngày * 06 tháng.

II. Máy sinh hóa:

1. Cấu hình, chức năng tối thiểu:

Nhờ quý Công ty hỗ trợ lắp máy có cấu hình, chức năng tối thiểu như sau:

- Máy tự động,
- Máy tự rửa cuvette;
- Có tính năng quản lý hóa chất;
- Có gắn đầu dò đọc mã code trên máy kết hợp phần mềm đổ kết quả.
- Công suất tối thiểu 100 test/giờ;
- Đáp ứng chứng chỉ ISO;
- Công ty có trách nhiệm thực hiện **bảo dưỡng, hiệu chuẩn/kiểm định, sửa, thay thế phụ tùng** máy trong thời gian máy được lắp tại Trung tâm.

2. Về hoá chất, vật tư:

Nhờ quý công ty **lập danh mục và báo giá các hoá chất, vật tư** để xác định: Glucose, Urê, Creatinin GOT, GPT.



Dự kiến: 500 mẫu/ngày * 06 tháng.

Ghi chú:

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Đề nghị đơn vị báo giá cung cấp thông tin về mã số thuế (nếu có), tài khoản trên trang web mạng đấu thầu quốc gia (nếu có).

