

Số: 149/YCBG-BVĐK

Vĩnh Thạnh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hoá chất, vật tư xét nghiệm,
thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Thạnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo mua hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế (sau đây gọi chung là hàng hoá), với nội dung sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Thạnh, Địa chỉ: số 283, Q1 80, ấp Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Thạnh – thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0292 3641 130.

2. Hình thức gửi báo giá: Các đơn vị quan tâm gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời gửi bản chính về Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Thạnh, địa chỉ: số 283, Q1 80, ấp Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Thạnh – thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0292 3641 130.

Đề nghị các đơn vị gửi kèm báo giá là các tài liệu (bản photo có dấu đơn vị): hoá đơn bán hàng (nếu có), quyết định trúng thầu (nếu có), các tài liệu về thiết bị (máy sinh hoá, máy huyết học) mà đơn vị dự kiến lắp đặt.

Cần cung cấp thông tin liên hệ Trần Bá Phước, điện thoại: 0918663858.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến 08 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2026.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Đính kèm Danh mục hàng hoá..

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, ThauKSKTD2026.



DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số **149/YCBBG-BVĐK** ngày 09/10/2026)

Stt	Danh mục hàng hoá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Địa điểm giao hàng
I	Máy sinh hoá	Đề nghị đơn vị lắp đặt máy sinh hoá để sử dụng các hàng hoá đo đơn vị cung cấp, yêu cầu tối thiểu về cấu hình máy như sau: Máy tự động, tự rửa cuvette, công suất tối thiểu 100 test/ 1 giờ.	Cái	1	Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Thanh
1	Các hoá chất, vật tư để thực hiện các xét nghiệm sinh hoá (như, định lượng: Albumin, Calcium, Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Creatinin, Glucose, GOT (AST), GPT (ALT), Protein toàn phần, Triglyceride, Urea, Uric Acid, Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần; Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hoá; Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hoá (mức bình thường, bất thường); hoá chất rửa; cuvet và dung dịch rửa; Bóng đèn Halogen;...)	- Đơn vị có thể cung cấp bổ sung hoặc thay thế linh hoạt các hàng hoá đảm bảo tính tương thích hoàn toàn với máy (sinh hoá, huyết học) của đơn vị dự kiến lắp đặt; Đề xuất khối lượng đảm bảo đủ hàng hoá thực hiện khoảng 90.000 mẫu xét nghiệm sinh hoá. - Định kèm theo phụ lục chi tiết của các hàng hoá (Tên hàng hoá, tên thương mại, đặc điểm kỹ thuật, mã HS, xuất xứ, quy cách đóng gói, đơn vị tính, khối lượng, giá, thành tiền...).	Gói	1	
II	Máy huyết học	Đề nghị đơn vị lắp đặt máy huyết học để sử dụng các hàng hoá đo đơn vị cung cấp, yêu cầu tối thiểu về cấu hình	Cái	1	

		máy như sau: Máy tự động, phân tích được 05 thành phần bạch cầu, công suất tối thiểu 80 test/ 1 giờ.		
1	Các hoá chất, vật tư để thực hiện các xét nghiệm huyết học (như, Hóa chất pha loãng, Hoá chất ly giải hồng cầu (đo Hemoglobin, bách phân bạch cầu), Hóa chất rửa (bình thường, đậm đặc), Hóa chất để nội kiểm (mức thấp, trung bình, cao), Hóa chất để hiệu chuẩn máy, Hoá chất nhuộm, Phin lọc,...)	- Đơn vị có thể cung cấp bổ sung hoặc thay thế linh hoạt các hàng hoá đảm bảo tính tương thích hoàn toàn với máy huyết học của đơn vị dự kiến lắp đặt; Đề xuất khối lượng đảm bảo đủ hàng hoá thực hiện khoảng 90.000 mẫu xét nghiệm huyết học. - Dính kèm theo phụ lục chi tiết của các hành hoá (Tên hàng hoá, tên thương mại, đặc điểm kỹ thuật, mã HS, xuất xứ, quy cách đóng gói, đơn vị tính, khối lượng, giá, thành tiền...).	Gói	1